

## 須坂市における空間放射線量の測定結果について

峰の原高原において、空間放射線量を測定しました。

その結果は下記のとおりであり、健康に影響のない値でした。

測定方法	シンチレーションサーベイメーターによる簡易測定
測定機器	ALOKA TCS-172B

年 月 日	施設名	測定高さ	測定結果 ( $\mu$ Sv/h)
平成24年 1月16日	峰の原高原スキー場	地表	0.02
		地上50cm	0.02
		地上1m	0.02
平成24年 1月16日	峰の原集会所	地表	0.04
		地上50cm	0.04
		地上1m	0.04

○測定方法 サーベイメーターによる簡易測定  
(各箇所とも、30秒ごとに5回測定を行い、平均値を採用)